



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Doc. 19

**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:** 15999326

Executor  
112

Número do Inmetro  
14218243

Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca LASER TECHNOLOGY	Modelo LTI 20/20 TRUCAM	Número de Série TC004960
Dados Complementares Registro de medição: Rsoo 2138/2021 Local da Verificação: ARAÇOIABA DA SERRA - SP		Portaria de aprovação do modelo: 348/2009	
Marcas de selagem: H0047610-9		Código Serviço 0235	Valor R\$ 1.001,95
Nome/Razão Social LT COMERCIAL LTDA		Número do Documento de Arrecadação 294103213001945821	
Endereço R. PRISCILA PEDROSO DE MELO FERREIRA, 498		CNPJ ou CPF 04.463.885/0001-16	
Bairro COLONIA ( DISTRITO INDUSTRIAL )	CEP 18190-000	Data Verificado em 08/10/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO <b>Validade da verificação: 07/10/2022</b>	
Município Araçoiaba da Serra	U.F. SP	Telefone (15) 3291-7777	Agente Metrológico  449 - DAISELUZE FERREIRA DE OLIVEIRA



### REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 2138/2021

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo

#### Local de execução do serviço metrológico

Endereço: ARAÇOIABA DA SERRA - SP

#### Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 348/2009

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: LASER TECHNOLOGY      Modelo: LTI 20/20 TRUCAM      Nº Série: TC004960

Metrologista executor	Data
DAISELUCE FERREIRA DE OLIVEIRA	08/10/2021

Modelo conforme caderno de componentes      ( ) Sim      ( ) Não      (X) Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos      (X) Sim      ( ) Não

### Ensaio de Campo

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	52,7	54,0	54,0	- 1,3	5,0	0,0	0
2	50,7	51,0	51,0	- 0,3	5,0	0,0	0
3	40,3	39,0	39,0	1,3	5,0	0,0	0
4	53,2	55,0	55,0	- 1,8	5,0	0,0	0
5	48,0	47,0	47,0	1,0	5,0	0,0	0

( X ) Aprovado      ( ) Reprovado

#### Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 14218243  
Selos/lacres utilizados: H0047610-9

2  
  
449 - DAISELUCE FERREIRA DE OLIVEIRA